


Expediente Nº. LICIT/99/114/2018/0069

Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratación del suministro de material de Cobertura Quirúrgica para los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61

ÍNDICE

1. OBJETO	3
2. NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO	4
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL/OS PRODUCTO/S A SUMINISTRAR	5
4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO	6
5. MUESTRAS.....	11
6. ANEXOS	12



1. OBJETO

El objeto del presente Pliego es definir el alcance y las características técnicas que deben reunir los productos sanitarios a suministrar para la Contratación del suministro de material de Cobertura Quirúrgica, incluyéndose la cesión de los equipos necesarios para su correcta distribución y control, y además todo lo necesario para la gestión correcta del suministro, con destino los Hospitales de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61, lo cuales se detallan en el **ANEXO IV** del presente pliego.

Los productos objeto de contratación se consideran necesarios para la prestación de asistencia quirúrgica sanitaria en FREMAP.

A los efectos de este expediente de contratación, se definen los siguientes conceptos:

- Los packs como **paquetes únicos** que contendrán, en un envase unitario, el material de cobertura quirúrgica individual y elementos varios en las cantidades especificadas en este documento y definidas en el **Anexo I** para responder a las necesidades de estos productos para las distintas cirugías realizadas en el Hospital.
- Los procedimientos de cobertura quirúrgica son agrupaciones de material de cobertura quirúrgica que incluyen packs y elementos individuales, diseñados que, sin ir envasados en un paquete único, se considerarán como un producto a efectos de suministro y facturación, de tal forma que faciliten el seguimiento y control del gasto. (dentro del procedimiento se deberá asumir un margen según las necesidades o la variabilidad de las necesidades quirúrgicas)

En el **ANEXO I** del presente documento se describen los packs y el material de cobertura individual objeto de contratación.

En el **ANEXO III** se describen las cantidades de los procedimientos, teniendo en cuenta que las cantidades indicadas son meramente estimaciones, del consumo para el periodo indicado, con el fin de que los ofertantes puedan preparar sus ofertas y gestión de stocks, **sin que en ningún caso las cantidades indicadas supongan ningún compromiso ni obligación para FREMAP, ni podrán utilizarse para eventuales reclamaciones por parte del adjudicatario en el que caso de que variaran durante la vigencia del contrato**, dadas las múltiples variables (actividad quirúrgica, requerimientos de pacientes y servicio médico, etc.) que pueden afectar al número final de productos solicitados.

Además, el licitador deberá tener en cuenta que una parte del presupuesto estará destinada a una bolsa reservada a la compra de otro material incluido en el **ANEXO II**. El importe destinado a este tipo de material para la duración del contrato es **96.264,70 Euros** (Impuestos indirectos no incluidos).

2. NORMATIVA DE CARÁCTER TÉCNICO

- Real Decreto 1591/2009 del 16 de octubre de Regulación en España de Productos Sanitarios, que traspone la directiva europea 2007/47/CE del 5 de septiembre de 2007.
- EN 11135-1: esterilización de productos sanitarios.
- EN 1041: información proporcionada por el fabricante de productos sanitarios.
- EN 13795: paños, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica como productos sanitarios, para pacientes, personal clínico y equipos.
- UNE-EN 550: Normativa donde se certifican unos correctos ajustes en el proceso de esterilización de los productos ofrecidos, con sus correspondientes procesos.

Esta clasificación normativa no tiene carácter restrictivo, debiendo observarse en la ejecución de los trabajos cualquier otro tipo de reglamento, norma o instrucción oficial (de carácter estatal, autonómico o municipal) que, aunque no se mencione explícitamente en este documento, pueda afectar al objeto del contrato, así como las posibles modificaciones legales que puedan afectar a las normas de aplicación.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL/OS PRODUCTO/S A SUMINISTRAR

Se licita la contratación del suministro de material de Cobertura Quirúrgica, incluyéndose la cesión de los equipos necesarios para su correcta distribución y control, con destino los Hospitales de FREMAP.

La licitación estará compuesta por un solo lote, donde estará incluido todo el material necesario para la asistencia quirúrgica.

Todos los procedimientos estarán definidos en el **ANEXO I**, en el cual se detallarán medidas, las cuales serán siempre aproximadas (a excepción de las que tengan que tener un mínimo que cumplir).

No obstante, se podrán realizar, durante la ejecución del contrato, variaciones en la composición de los packs y procedimientos con el fin de adecuarlos a las posibles modificaciones de las necesidades del Servicio Quirófono del Hospital.

Todos los cambios en la composición de los packs y procedimientos, deberán ser aprobados por los Supervisores de cada Hospital de FREMAP.

3.1 Especificaciones Técnicas Generales

Las características técnicas de los productos que se describirán posteriormente han de entenderse como mínimas por tanto se aceptará como válida cualquier proposición que iguale o supere las prestaciones indicadas.

Los requisitos técnicos obligatorios para todos los productos son:

- Los productos deberán disponer de marcado CE e indicarlo en su etiqueta.
- Los procedimientos y paños deben presentarse en triple embalaje: caja de transporte, caja o bolsa de almacenamiento y envase unitario.
- Todos los productos estarán libres de ingredientes nocivos o tóxicos.
- Todos los productos estarán exentos de látex, deberán presentar las certificaciones al respecto que demuestren que están exentos de látex.

Las características mínimas de cada producto se describen en el **ANEXO II**. En cualquier caso, si alguna de las características indicadas determina una marca o modelo exclusivo, dicha indicación deberá entenderse como equivalente.

Si por causa no imputable a la empresa adjudicataria, ésta no pudiera garantizar el suministro de alguno de los artículos, deberá comunicarlo de inmediato a FREMAP, proponiendo una alternativa que deberá ser autorizada por la Mutua. En el suministro de los artículos propuestos como alternativa se conservarán todas las características de los productos objeto de adjudicación y condiciones recogidas en el presente Pliego, no pudiendo suponer incremento de precio alguno para FREMAP.

- Procedimientos, Packs, Paños y Sábanas:

- Cada pack incluirá los materiales especificados posteriormente, en un envase unitario con información sobre el contenido, nombre del producto, unidades exactas, detalle y medidas,

deberá ser de fácil apertura y con sistema de rasgado, solapa o similar. Deberán llevar pegado al envoltorio una lista con todos los componentes incluidos siguiendo el orden especificado.

- Los packs deberán presentarse con un cubremesas que envolverá el pack y todos sus componentes, de manera que se garantice la apertura fácil y estéril del mismo directamente sobre la mesa de instrumental.
- Todos los packs deberán estar marcados con el identificador (código/dibujo) del método de esterilización utilizado. El sistema de esterilización deberá garantizar la profundidad total de esterilización en todo el equipo.
- Cuando dentro del mismo procedimiento se repitan los mismos productos, tanto por formar parte del pack y/o por ser susceptibles de adquirirse de manera individual, los licitadores deberán presentar en todos los casos el mismo producto, salvando las diferencias obvias.
- Los paños y sabanas deberán estar compuestos como mínimo de dos capas y hasta un máximo de cuatro, excepto en aquellos artículos en los que se especifiquen un mínimo diferente. Deberán incluir como mínimo una capa absorbente y otra impermeable.
- Los adhesivos de los paños y sabanas deberán estar integrados hasta el borde de los mismos, para de esta forma evitar que se levante o separen en presencia de fluidos. Los adhesivos deberán tener una duración prolongada en el tiempo de la cirugía, preferentemente reposicionables e hipoalergénicos.
- El borde adhesivo no ha de tener ningún margen sin elemento adhesivo, y ha de ser resistente a los líquidos y deberá estar cubierto por apoyo de papel en su totalidad.
- La medida de los adhesivos de los paños deberán ser aproximadamente de 5 cm de anchura.
- Deberán presentar pictogramas para facilitar su colocación.

3.2 Packs

En el etiquetado deberá figurar la siguiente información:

- Nombre del producto y/o referencia comercial/código.
- Producto estéril.
- Marcado CE.
- Fecha de caducidad.
- Fecha de envasado.
- Nº de lote.
- Fecha y método de esterilización.
- Dibujo del producto.
- Medidas.
- Certificación libre de látex.
- Código de barras.
- Deberán presentar el código de barras de trazabilidad según estándar EAN128.
- Etiquetas removibles.

4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1 Logística, Suministro y Almacenamiento

El adjudicatario vendrá obligado a realizar el servicio de reposición del material utilizado, con la frecuencia necesaria para garantizar la disponibilidad de material de cobertura tanto en las intervenciones programadas como urgentes del Hospital.

Con dicho objetivo, el adjudicatario entregará en depósito en el Hospital material suficiente que permita cubrir, al menos, 4 semanas de actividad quirúrgica, si bien se podrá ajustar dicho periodo si el adjudicatario dispone de un sistema de suministro que garantice el suministro con menor necesidad de stock en depósito.

No obstante, en caso de disminución del periodo indicado, FREMAP podrá solicitar la reposición del stock, que deberá suministrarse en el plazo máximo de 48 horas.

Este material de cobertura quirúrgica en depósito será propiedad de la adjudicataria siendo retirado en el momento de la finalización del contrato a cargo de la misma, sin derecho de facturación a FREMAP.

Los productos deberán ser suministrados en perfectas condiciones de uso, ajustándose a las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, así como a las exigencias por los Organismos competentes para su registro. Los embalajes y sistemas de transporte deben asegurar que no se produzca deterioro alguno de los productos ni de su envase. Los equipos deberán entregarse de tal forma que se garantice la integridad y esterilidad de los mismos hasta su uso en quirófano.

El adjudicatario **será responsable de la gestión y control del depósito de material** quedando bajo su responsabilidad la reposición de los mismos, asegurando la actividad quirúrgica indicada anteriormente.

Será por cuenta y riesgo del adjudicatario el embalaje, transporte, desembalaje, la colocación del material y la retirada del cartón de embalaje hasta su zona de almacenamiento. Si la empresa adjudicataria no se encarga del transporte del suministro, y es otra empresa la que lo realiza, el tiempo desde la entrega por el transportista hasta la colocación en su zona de almacenamiento no podrá superar las 24 horas.

Todo el material suministrado deberá contar con la caducidad adecuada, garantizando con holgura tiempo suficiente para su almacenamiento y consumo. El adjudicatario deberá sustituir aquellos productos en depósito cuya fecha de caducidad sea inferior a 3 meses.

Los productos deberán depositarse en las zonas dedicadas a su almacenamiento (no en pasillos, salas, etc.) de los Hospitales de FREMAP:

HOSPITAL	DIRECCIÓN	Lugar de entrega	Horario
HOSPITAL DE MAJADAHONDA	CARRETERA DE POZUELO,61	Servicio de almacén o esterilización- zona destinada a cobertura quirúrgica	08:00 a 15:00h
HOSPITAL DE SEVILLA	AVDA.JEREZ, s/n	Servicio de almacén o esterilización- zona destinada a cobertura quirúrgica	08:00 a 15:00h
HOSPITAL DE BARCELONA	MADRAZO,8-16	Servicio de almacén o esterilización- zona destinada a cobertura quirúrgica	08:00 a 13:00h
HOSPITAL DE VIGO	FELICIANO ROLÁN, 12	Servicio de almacén o esterilización- zona destinada a cobertura quirúrgica	08:00 a 15:00h
HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA	AVDA. PUERTAS DEL Sus/n	Servicio de almacén o esterilización- zona destinada a cobertura quirúrgica	08:00 a 15:00h
HOSPITAL DE MALAGA	HAMLET,36	Servicio de almacén o esterilización- zona destinada a cobertura quirúrgica	08:00 a 15:00h
HOSPITAL DE ZARAGOZA	AVDA.PABLO RUIZ PICASSO,4	Servicio de almacén o esterilización- zona destinada a cobertura quirúrgica	08:00 a 15:00h
HOSPITAL DE VALLADOLID	PASEO ARCO DEL LADRILLO, 90 - Ed. Centro Madrid	Servicio de almacén o esterilización- zona destinada a cobertura quirúrgica	08:00 a 15:00h

Los embalajes, contenedores, transporte, seguros, impuestos, acarreos, y descarga de productos hasta el lugar de entrega en FREMAP serán a cargo y riesgo de la empresa adjudicataria.

Los artículos objeto de la licitación deberán ser suministrados en perfectas condiciones de uso, ajustándose a las especificaciones técnicas y de calidad exigidas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para su registro.

El adjudicatario responderá, en todo caso, de aquellos daños que puedan causarse a terceros como consecuencia del mal estado, defecto, o de cualquier otro vicio del material suministrado, aun cuando se hayan cumplido las reglamentaciones vigentes en el momento del suministro

Las cantidades de pedido partirán del mantenimiento de un stockaje mínimo establecido previamente por cada una de los Hospitales, definidos en función de las unidades habituales de consumo, y que deberán ser comunicados a la empresa adjudicataria.

El adjudicatario se compromete a asegurar en **depósito** el suministro, y en este sentido, se compromete a disponer, en todo momento, de un stock de productos suficiente de los detallados en el **ANEXO I DESCRIPCIÓN DE PACKS Y MATERIAL DE COBERTURA INDIVIDUAL**, para cubrir las necesidades de cada Hospital, así como posibles necesidades extraordinarias que puedan darse en quirófano.

El adjudicatario se encargará en todo momento de la gestión de material en todo los Hospitales y para ello deberá presentar a FREMAP un proyecto logístico para la gestión de material, de manera que la gestión del suministro sea más eficaz para FREMAP. Deberá cumplir como mínimo con la siguiente información:

- Servicio de reposición del material utilizado.
- Depósito de todo el material, se determinará previamente por cada Hospital.
- Sistema de gestión de stock, compatible con FREMAP.
- Deberá proporcionar semanalmente la información a FREMAP sobre consumos de material.
- Deberá realizar controles de stock y entregas de reposición.
- Control de caducidad.

4.2 Albarán de entrega en FREMAP

El albarán de entrega constará de los siguientes datos:

- Número de albarán.
- Número de pedido.
- Nombre y Dirección del centro FREMAP receptor.
- Espacio para la identificación del personal de FREMAP que supervisa la entrega.
- Identificación del artículo y cantidad solicitada/suministrada.
- Valoración por artículo.
- Artículo y, si procede, lote y fecha de caducidad.
- Fecha de pedido.
- Espacios suficientes para formular conformidad o reparos.
- Fecha y hora de entrega.

El albarán de entrega podrá sufrir cualquier modificación en cuanto al contenido a incluir, siempre y cuando FREMAP lo considere necesario, y será notificado previamente al proveedor.

El albarán de entrega será verificado por el responsable de FREMAP, el cual comprobará que los datos consignados en el documento sean ciertos y, en caso de conformidad, procederá a estampar en el mismo el sello de FREMAP. En caso de disconformidad o reparo dejará constancia expresa de la misma en el espacio establecido al efecto en el propio albarán. No obstante, la conformidad no será absoluta hasta su posterior verificación a detalle por el servicio de Quirófano.

4.3 Recepción

La recepción por parte del servicio de almacén o esterilización –zona destinada a cobertura quirúrgica no implica la aceptación íntegra del suministro, entendiéndose que en dicho acto sólo se conforma el número de bultos entregados.

El Hospital que haga la recepción de los productos sanitarios se reserva la verificación de lo suministrado en todo momento. Se entenderá efectuado el suministro, cuando los artículos objeto del contrato estén depositados en las zonas designadas para ello, debidamente presentados, verificados y el responsable de la recepción haya dado su conformidad.

FREMAP se reserva el derecho de no aceptar, devolver, solicitar la sustitución o el abono de los artículos recibidos que presenten deficiencias en la recepción o durante su utilización, aun cuando el material haya sido recepcionado con conformidad y pagado. Los portes de dicha devolución serán a cargo del adjudicatario.

4.4 Devoluciones de suministro

El adjudicatario será el encargado en todo momento de la gestión del suministro, y por lo tanto se encargará de la devolución del mismo.

Si en la misma entrega se puede apreciar que los suministros no se hallan en estado de ser recibidos, se hará constar así en la nota de entrega y se comunicará al adjudicatario para que proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado (el proveedor deberá suministrar el producto en menos de 48 horas). Los embalajes se considerarán parte integrante de la entrega.

FREMAP tendrá un plazo máximo de 45 días laborables para la devolución de un producto defectuoso. Para la citada reclamación la persona responsable de la mutua se pondrá en contacto con el adjudicatario ya sea por correo electrónico/fax, para que proceda a la retirada y envío del artículo en óptimas condiciones y sujeto a los plazos de entrega marcados en este pliego, manteniendo como fecha del pedido, la del día en que se efectuó antes de la incidencia.

Cuando se produzcan devoluciones por vicio o defectos ocultos en los productos sanitarios suministrados, la empresa adjudicataria asumirá los siguientes costes:

- El coste de la retirada del producto con vicio o defecto.
- El coste del suministro de uno nuevo en perfectas condiciones.
- El coste del artículo devuelto.

La recogida del producto defectuoso se realizará en un plazo máximo de 15 días laborables y su abono en la facturación del mismo mes o en su defecto, el mes siguiente en el que se detecte la incidencia.

4.5 Precio y pago

Se facturará por **procedimiento**, una vez se haya producido el consumo efectivo del mismo. Dicho consumo será facilitado semanalmente conforme se produzca la utilización por parte del Servicio de Quirófano del Hospital. El adjudicatario repondrá el material en depósito hasta el stock mínimo fijado por cada Hospital.

Además, FREMAP podrá realizar pedidos de suministro del material incluido dentro de la bolsa destinada a otro material, dicho material no se encontrará en depósito.

El precio deberá incluir todos los gastos relacionados con la entrega de los productos objeto del presente contrato, como el transporte, desembalaje, hasta ser depositados en el servicio de almacén o esterilización de la zona que tenga el Hospital destinada a cobertura quirúrgica.

Fórmula de revisión: No procede

Respecto de la forma de pago, se efectuará dentro de los 30 primeros días desde la presentación de la Factura, siempre que la misma cuente con la conformidad de la Mutua.

En relación a la facturación será de aplicación, lo dispuesto, en su caso, en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la factura electrónica y creación del registro de facturas en el sector público y en la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. No obstante, la preferencia de FREMAP será la utilización de la facturación electrónica en todo caso.

4.6 Control y seguimiento

4.6.1 Responsable del contrato

Durante la duración del contrato, FREMAP designará a una persona como responsable del contrato, el cual tendrá como responsabilidad la labor de coordinar y realizar un seguimiento periódico del suministro objeto de esta licitación, así como de encargarse de que se cumple lo establecido en los pliegos.

El adjudicatario por su parte deberá designar a una persona que garantice la correcta gestión del suministro sin suponer un coste adicional a FREMAP.

Ambas designaciones, con los datos pertinentes, así como identificación, número de teléfono y dirección de correo electrónico de contacto, se comunicarán en el momento de la firma del contrato y, de haber algún cambio posterior, la comunicación se hará con una semana de antelación, garantizando así que el suministro no se vea perjudicado.

4.7 Información de Gestión

El adjudicatario deberá ofrecer información al responsable del contrato, así como a los Servicios de Farmacia y enfermería de FREMAP, como mínimo respecto a lo siguiente:

- Información sobre cualquier eventualidad que pudiera afectar al suministro de productos y que pudiera suponer un riesgo de rotura de stocks y alternativas al suministro.

- Estado de los stocks en cada momento, cuando FREMAP lo requiera, debiendo contestar el adjudicatario en un máximo de 24 horas, a contar desde la petición realizada por FREMAP y dentro del horario de atención ofertado.
- Información sobre estadísticas de consumo y facturación.
- Si procede, registro de trazabilidad de los lotes suministrados a los Hospitales, cuando FREMAP lo requiera, debiendo contestar el adjudicatario en un máximo de 24 horas a contar desde la petición realizada por FREMAP y dentro del horario de atención ofertado.

Para el seguimiento de la ejecución del contrato, periódicamente se efectuará un estudio del seguimiento conjunto entre FREMAP y el adjudicatario para analizar las desviaciones entre el material de cobertura quirúrgica contratado y las posibles mejoras que en el periodo del tiempo de vigencia del contrato se puedan implantar.

5. MUESTRAS

Para la valoración del criterio de adjudicación **2. Calidad de los productos**, el licitador deberá presentar **1 muestra de los productos definidos** en el Excel denominado **Anexo V**, perfectamente identificadas con el nombre de la empresa.

Todos los productos deberán presentarse tal y como se van a usar (Esterilizados, con el mismo envoltorio...) es decir, tal y como se van a usar en quirófano una vez adjudicado el contrato.

Para la valoración del criterio de adjudicación **3. Diseño y composición de los procedimientos**, deberá presentar una muestra de los procedimientos que se indican en dicho punto.

Los licitadores deberán presentar las muestras en la fecha establecida a tal efecto: **18 de enero de 2019, en horario de 09:00 a 14:00, en la Sede Social de FREMAP, sita en la Carretera de Pozuelo nº61, C.P.: 28.222 Majadahonda (Madrid), a la Atención del Área de Compras-Contratación**; por lo que, en ningún caso, se presentarán las muestras junto con la oferta.

En caso de que los licitadores sean excluidos previamente a la fecha establecida, no se deberán presentar muestras.

FREMAP podrá exigir al licitador que envíe personal cualificado que explique el manejo de los packs en la fecha que se les notifique, para hacer la prueba de las correspondientes muestras.

Las muestras irán correctamente preparadas y organizadas para evitar posibles pérdidas o deterioros e irán acompañadas de un albarán y los datos técnicos para verificar las características indicadas en los pliegos objeto de valoración.

Las muestras deberán ser iguales a los artículos a suministrar en caso de resultar adjudicatario.

Las muestras deberán ser obligatoriamente de materiales no caducados y usables.

Las muestras se presentarán en las instalaciones de la Sede Social de FREMAP, situada en carretera de Pozuelo nº 61 28.222, Majadahonda (Madrid) en horario de 09:00 a 14:00 horas a la Atención del Departamento de Compras-Contratación.

Todos los gastos ocasionados en la entrega y recogida de muestras serán a cargo del ofertante.

Las muestras se quedarán en poder de FREMAP, hasta que se produzca la adjudicación, en cuyo momento FREMAP retendrá las muestras de los adjudicatarios y comunicará al resto de ofertantes que pueden proceder a la retirada de las muestras que hayan aportado en un plazo máximo de 15 días.

Será motivo de exclusión del proceso de valoración de ofertas, la no presentación por el ofertante del dossier y las muestra para su valoración.

6. ANEXOS

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE PACKS Y MATERIAL DE COBERTURA INDIVIDUAL

**Todas las medidas se consideran aproximadas, a excepción de las que tengan que tener un mínimo que cumplir.*

PROCEDIMIENTO Nº 1: CADERA Y GRANDES CIRUGIAS:

- COLUMNA DORSO-LUMBAR
- CIRUGIAS DE FÉMUR
- CIRUGÍAS ABIERTAS DE HOMBRO
- CIRUGÍAS DE HÚMERO

PROCEDIMIENTO Nº 1: CADERA Y GRANDES CIRUGIAS	PACK	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		2	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
4	Toallitas de celulosa secamanos	mínimo 33cm x 30cm		
2	Bata Estandar	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada L: 140/150		
1	Sabana adhesiva reforzada	240 cm x 150 cm aproximadas		
1	Funda mesa de mayo reforzada	145 cm x 79 cm aproximadas		
1	Sabana adhesiva reforzada	175 cm x 170 cm aproximadas		
1	Sábana en U	230 cm X 295 cm aproximada. tamaño de la U 2 x 100 cm aprox		
4	Paño adhesivo reforzado	75 cm x 90 cm aproximadas		
1	Stockinette	mínimo 22cm x 75cm		
1	Alforja 2 compartimentos	40cm x 35cm aproximadas		
4	Secador de campo	18cm x 25 cm aproximadas		
2	Cinta adhesiva	A partir de 9cm x 45cm		
15	Compresas algodón	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues		
20	Gasas algodón	10 cm x 10 cm mínimo ,17 hilos		
2	Mango de lámpara	Universales		
1	Bisturí eléctrico+limpia bisturí	300 cm mínimo /Tamaño mínimo del limpia bisturí de 4,5x4,5		
1	Canúla yankauer grande +tubo aspiración	2,7 cm mínimo, calibre mínimo 18 cm		
1	Grapadora piel	Dimensión aproximadas de 6,9mm x3,6mm		
2	Batea	250 ml mínimo		
1	Contenedor de objetos punzantes	Sin medidas		
1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo		
COBERTURA SUELTA	1	Bata el para instrumentista	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150	
	1	Funda mesa de mayo reforzada	145 cm x 79 cm aproximadas	
	1	Canúla yankauer pequeña +tubo de aspiración	Calibre entre 11 -12 cm	

PROCEDIEMINTO Nº2: HERNIA INGUINAL POR CIRUGIA ABIERTA+OTRAS

- CIRUGÍA GENERAL
- CIRUGÍA ABDOMINAL
- CIRUGÍA DE PELVIS

PROCEDIEMIN TO Nº2: HERNIA INGUINAL POR CIRUGIA ABIERTA+OTR AS	PACKS	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		1	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
4	Toallitas de celulosa secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm		
2	Bata Estandar	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150		
2	Paño adhesivo reforzado	75 cm x 90 cm aproximadas		
1	Sabana adhesiva reforzada	240 cm x 150 cm aproximadas		
1	Sabana adhesiva reforzada	175 cm x 170 cm aproximadas		
4	Secador de campo	18cm x 25 cm aproximadas		
5	Compresas algodón	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues		
10	Gasas algodón	10 cm x 10 cm mínimo ,17 hilos		
1	Bisturí eléctrico+ limpia bisturí	300 cm mínimo /Tamaño mínimo del limpia bisturí de 4,5x4,5		
1	Grapadora piel	Dimensión aproximadas de 6,9mm x3,6mm		
2	Mango de lámpara	Universales		
2	Batea	250 ml mínimo		
1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo		
1	Contenedor de objetos punzantes	Sin medidas		
COBERTURA SUELTA	1	Bata para el instrumentista	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150	
	1	Canúla yankauer grande +tubo aspiración	2,7 cm mínimo, calibre mínimo 18 cm	

PROCEDIEMIENTO Nº3:LAPAROSCOPIA


- LAPAROSCOPIA

PROCEDIEMIENTO Nº3:LAPAROSCOPIA	PACKS	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		1	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
		4	Toallitas de celulosa secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm
		2	Bata Estandar	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150
		2	Paño adhesivo reforzado	75 cm x 90 cm aproximadas
		1	Sabana adhesiva reforzada	240 cm x 150 cm aproximadas
		1	Sabana adhesiva reforzada	175 cm x 170 cm aproximadas
		4	Secador de campo	18cm x 25 cm aproximadas
		5	Compresas algodón	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues
		10	Gasas algodón	10 cm x 10 cm mínimo ,17 hilos
		1	Grapadora piel	Dimensión aproximadas de 6,9mm x3,6mm
		2	Mango de lámpara	Universales
		2	Bateas	250 ml mínimo
		1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo
	COBERTURA SUELTA	1	Bata para instrumentista	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150

PROCEDIMIENTO Nº 4: EQUIPO DE MANO

- CIRUGIAS CON MESA DE MANO
- MANO
- ANTEBRAZO

PROCEDIMIENTO Nº 4: EQUIPO DE MANO	PACK	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		1	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
4	Toallitas de celulosa secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm		
2	Bata Estandar	<ul style="list-style-type: none"> Talla M medida aproximada M:122 Talla L medida aproximada L: 127/140 Talla XL medida aproximada XL: 140/150 		
1	Sabana adhesiva reforzada	175 cm x 170 cm aproximadas		
1	Sabana de mano en t reforzada	Medida aproximada de 360x200cm y fenestración elástica de 3cm		
1	Stockinette	Mínimo 22 cm x 75 cm		
2	Cintas adhesivas	A partir de 9 cm x 45 cm		
1	Bisturí eléctrico+limpia bisturí	300 cm mínimo /Tamaño mínimo del limpia bisturí de 4,5x4,5		
4	Secador de campo	18cm x 25 cm aproximadas		
10	Gasas algodón	10 cm x 10 cm mínimo ,17 hilos		
5	Compresas algodón	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues		
1	Canúla yankauer pequeña +tubo de aspiración	Calibre entre 11 -12 cm		
2	Mango de lámpara	Universales		
1	Jeringa 3p	20ml		
1	Venda sintética de acolchado	10 cmx 3 m para Miembro inferior y 15 cm x 3 m para Miembro superior aproximadas		
2	Bateas	250 ml mínimo		
1	Contenedor de objetos punzantes	Sin medidas		
1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo		
	COBERTURA SUELTA			
1	Bata para el instrumentista	<ul style="list-style-type: none"> Talla M medida aproximada M:122 Talla L medida aproximada L: 127/140 Talla XL medida aproximada XL: 140/150 		



PROCEDIMIENTO Nº 5: ARTROSCOPIA RODILLA

- ARTROSCOPIA DE RODILLA

PROCEDIMIENTO Nº 5: ARTROSCOPIA RODILLA	PACK	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		1	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
		2	Toallitas de celulosa secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm
		1	Bata Reforzada	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150
		1	Sabana artroscopia de rodilla con bolsa	230 cm x 320cm, 5cm aproximadas
		1	Stockinette	Mínimo 22 cm x 75 cm
		2	Cinta adhesiva	A partir de 9cm x 45cm
		4	Secador de campo	18cm x 25 cm aproximadas
		5	Compresas algodón	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues
		10	Gasas algodón	10 cm x 10 cm mínimo ,17 hilos
		1	Funda de cable de cámara	mínimas 13cmx244cm
		1	Hoja de bisturí nº11 con mango montado desechable	320 cm mínimo
		2	Mango de lámpara	Universales
		1	Sistema de irrigación en y	210 cm 2 x Espiga 15 cm aproximada
		2	Tubo aspiración	2,7 cm mínimo, calibre mínimo 18 cm
		1	Venda tipo crepé	10 cm x 4 m mínimas
		1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo
		1	Batea	250 ml mínimo
	COBERTURA SUELTA *	1	Bata Reforzada	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150
		1	Bata para el instrumentista	• Talla M medida aA3:E22proximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150

*Cobertura Suelta:

Majadahonda precisa Bata Reforzada tamaño XL+ Bata para instrumentista tamaño L
Barcelona y Sevilla solo precisa Bata para Instrumentista tamaño L

PROCEDIMIENTO Nº 6: EXTREMIDADES CON BOLSA RECOG LIQ (INTERVIENEN 2TR+1 DUE)

- MESETAS TIBIAL X ARTROSCOPIA
- LIGAMENTOPLASTIA
- ARTROSCOPIA TOBILLO

PROCEDIMIENTO Nº 6: EXTREMIDADES CON BOLSA RECOG LIQ (INTERVIENEN 2TR+1 DUE)	PACK	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		2	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
4	Toallitas de celulosa secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm		
2	Bata Reforzada	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150		
1	Sabana artroscopia de rodilla con bolsa	230 cm x 320 cm 5cm aproximada		
1	Funda de mesa de mayo reforzada	145 cm x 79 cm aproximadas		
1	Sabana adhesiva reforzada	175 cm x 170 cm aproximadas		
1	Stockinette	Mínimo 22 cm x 75 cm		
2	Cinta adhesiva	A partir de 9cm x 45cm		
4	Secador de campo	18cm x 25 cm aproximadas		
5	Compresas algodón	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues		
20	Gasas algodón	10 cm x 10 cm mínimo ,17 hilos		
1	Hoja de bisturí nº11 montada			
1	Funda cable de cámara	Mínimas 13 cm x 244 cm.		
2	Mango de lámpara	Universales		
1	Sistema de irrigación en y	210 cm 2 x Espiga 15 cm aproximada		
2	Tubo aspiración	2,7 cm mínimo, calibre mínimo 18 cm		
1	Venda sintética de acolchado	10 cmx 3 m para Miembro inferior y 15 cm x 3 m para Miembro superior aproximadas		
1	Bisturi electrico+ limpia bisturi	300 cm mínimo/Tamaño mínimo del limpia bisturí de 4,5x4,5		
1	Contenedor de objetos punzantes	Sin medidas		
1	Vendatipo crepé	10 cm x 4 m mínimas		
1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo		
2	Bateas	250 ml mínimo		
	COBERTURA SUELTA	1	Bata para instrumentista	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150

PROCEDIMIENTO Nº 7: EXTREMIDADES CON FENESTRACIÓN

- CIRUGÍAS DE CODO SIN MESA
- CIRUGIAS DE RODILLA
- CIRUGIAS DE TIBIA
- CIRUGIAS FEMUR CONDILAR

PROCEDIMIENTO Nº 7: EXTREMIDADES CON FENESTRACION	PACK	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		1	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
4	Toallitas de celulosa secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm		
2	Bata Estandar	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150		
1	Sábana pie-mano	230 cmx315 cm aproximadas, con fenestración a partir de 3 cm		
1	Sabana adhesiva reforzada	240 cm x 150 cm aproximadas		
1	Sabana adhesiva reforzada	175 cm x 170 cm aproximadas		
1	Funda de mesa de mayo reforzada	145 cm x 79 cm aproximadas		
4	Secador de campo	18cm x 25 cm aproximadas		
1	Stockinette	Mínimo 22 cm x 75 cm		
2	Cinta adhesiva	A partir de 9cm x 45cm		
20	Gasas algodón	10 cm x 10 cm mínimo ,17 hilos		
10	Compresas algodón	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues		
2	Mango de lámpara	Universales		
1	Jeringa 3p	20ml		
1	Venda sintética de acolchado	10 cmx 3 m para Miembro inferior y 15 cm x 3 m para Miembro superior aproximadas		
2	Bateas	250 ml mínimo		
1	Bisturí eléctrico+limpia bisturí	300 cm mínimo /Tamaño mínimo del limpia bisturí de 4,5x4,5		
1	Canúla yankauer grande +tubo aspiración	2,7 cm mínimo, calibre mínimo 18 cm		
1	Contenedor de objetos punzantes	Sin medidas		
1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo		
	COBERTURA SUELTA	1	Bata para instrumentista	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150

PROCEDIMIENTO Nº 8: ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON BOLSA

- ARTROSCOPIA DE HOMBRO

PROCEDIMIENTO Nº 8: ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON BOLSA	PACK	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		1	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
4	Toallitas de celulosa secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm		
2	Bata Reforzada	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150		
1	Sabana adhesiva reforzada	240 cm x 150 cm aproximadas		
1	Sabana artroscopia de hombro en u con bolsa	360 cm x 225 cm aproximadas		
1	Sabana en U	230 cm X 295 cm aproximada. tamaño de la U 2 x 100 cm aprox		
2	Paño adhesivo reforzado	75 cm x 90 cm aproximadas		
1	Funda mesa de mayo reforzada	145 cm x 79 cm aproximadas		
2	Cinta adhesiva	A partir de 9cm x 45cm		
4	Secador de campo	18cm x 25 cm aproximadas		
10	Compresa algodón	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues		
10	Gasas algodón	10cmx10 cm mínimo 17 hilos		
1	Hoja de bisturí nº11 montada			
1	Cánula venosa permanente	Calibre 18		
1	Funda cable de cámara	Mínimas 13 cm x 244 cm.		
1	Grapadora piel	Dimensión aproximadas de 6,9mm x3,6mm		
3 o 2	Tubo aspiración (dependiendo del nº de salidas de la bolsa)	2,7 cm mínimo, calibre mínimo 18 cm		
1	Venda de hilo	10 cmx 3 m para Miembro inferior y 15cmx3m para Miembro superior aproximadas		
1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo		
1	Batea	250 ml mínimo		
	COBERTURA SUELTA	1	Bata Reforzada	• Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150
		1	Sistema de irrigación en y	210 cm 2 x Espiga 15 cm aproximada

*Cobertura Suelta:

Vigo precisa de 1 stockinette y 1 alfoja 2 compartimentos

PROCEDIMIENTO Nº9: CLAVÍCULA SIMPLE

- CIRUGÍA CLAVICULA
- HOMBRO ABIERTO

PROCEDIMIENTO Nº9:CLAVICULA SIMPLE	PACK	Cantidad	Descripción producto	Medidas
		1	Cubremesas reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
2	Bata Estandar	<ul style="list-style-type: none"> • Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150 		
4	Toallitas de celulosa secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm		
2	Paño adhesivo reforzado	75 cm x 90 cm aproximadas		
1	Sabana en u	230 cm X 295 cm aproximada. tamaño de la U 2 x 100 cm aprox		
1	Sabana adhesiva reforzada	175 cm x 170 cm aproximadas		
1	Sábana adhesiva reforzada	240 cm x 150 cm aproximadas		
1	Stockinette	Mínimo 22cm x 75cm		
2	Cinta adhesiva	A partir de 9cm x 45cm		
4	Secador de campo	18 cm x 25 cm aproximadas		
2	Bateas	250 ml mínimo		
1	Stick para antisepsia de piel	18 cm mínimo		
1	Grapadora piel	Dimensión aproximadas de 6,9mm x3,6mm		
1	Bisturí eléctrico+limpia bisturí	300 cm mínimo /Tamaño mínimo del limpia bisturí de 4,5x4,5		
1	Contenedor de objetos punzantes	Sin medidas		
1	Canúla yankauer grande +tubo aspiración	2,7 cm mínimo, calibre mínimo 18 cm		
2	Mango de lampara	Universales		
1	Sábana en u	150cmx125cm aproximada		
COBERTURA SUELTA	1	Bata para el instrumentista	<ul style="list-style-type: none"> • Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150 	
	1	Funda de mesa de mayo reforzada	145 cm x 79 cm aproximadas	

PROCEDIMIENTO Nº10: PEQUEÑAS CIRUGÍAS

- PEQUEÑAS CIRUGÍAS

PROCEDIMIENTO Nº10:PEQUEÑAS CIRUGIAS	Cantidad	Descripción producto	Medidas
	1	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x 150 cm
	2	Toallitas de celulosa Secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm
	1	Bata Reforzada	<ul style="list-style-type: none"> • Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150
	10	Gasas algodón	10 cm x 10 cm mínimo ,17 hilos
	1	Paño fenestrado adhesivo	75cmx75cm aprox. con fenestración central con adhesivo de 6x8cm aprox.
	1	Paño Normal (no fenestrado)	75 cm x 75 cm como mínimo

PROCEDIMIENTO Nº 11: RTU

- CITOSCOPIAS
- RESECCIONES TRANSURETRAL

PROCEDIMIENTO Nº 11: RTU	Cantidad	Descripción producto	Medidas
	1	Toallitas de secado de campo	18 cm x 25 cm aproximadamente
	1	ORGANIZ TUB - "VELCRO"	Medidas a partir 1,3x30cm
	1	Sabana de RTU	175/270x180 cm aproximadas
	1	Cubremesas reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240cm x150 cm
3	Bata Estandar	<ul style="list-style-type: none"> • Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150 	

PROCEDIMIENTO Nº 12: AISLAMIENTO VERTICAL

- ARTROSCOPIA DE CADERA

PROCEDIMIENTO Nº 12: AISLAMIENTO VERTICAL	Cantidad	Descripción producto	Medidas
	1	Cubremesa reforzado	200 cm x 150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240 cm x150 cm
	1	Funda de mesa de Mayo reforzada	145 cm x 79 cm aproximadas
	1	Sábana equipo de aislamiento vertical para artroscopia de cadera.	234 x 320 cm aprox
	4	Toallitas de Celulosa Secamanos	Mínimo 33 cm x 30 cm
	1	Bata para el instrumentista	<ul style="list-style-type: none"> • Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150
2	Bata Reforzada	<ul style="list-style-type: none"> • Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150 	

PROCEDIMIENTO Nº13: INFILTRACIONES

PROCEDIMIENTO Nº 13: INFILTRACIONES	Cantidad	Descripción producto	Medidas
	1	Paño Normal (NO FENESTRADO)	75cmX75cm como mínimo
	1	Paño adhesivo reforzado	75 cm x90 cm aproximadamente
	10	Gasas algodón	10x10 cm mínimo ,17 hilos
1	Toallitas de Celulosa Seca manos	mínimo 33cm x 30cm	

ANEXO II CARÁTERISTICAS MÍNIMAS QUE DEBE INCLUIR TODOS LOS PRODUCTOS

	PRODUCTO	MEDIDAS (todas las medidas seran aproximadas)	CARACTERISTICAS TÉCNICAS
1	ALFORJA 2 COMPARTIMENTOS	40x35 aproximadas	<ul style="list-style-type: none"> • Adhesivo en la parte superior
2	BATA ESTANDAR	<ul style="list-style-type: none"> • Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150 	<ul style="list-style-type: none"> • Bata quirúrgica desechable, tejido sin tejer de polipropileno SMMMS de gran resistencia, comodidad y adaptabilidad. • Alto grado de repelencia a fluidos en toda su superficie manteniendo la transpirabilidad. • Puños elásticos formados por fibras de poliamida poliéster de 6cm mínimo de longitud. • Cierre al cuello. El cierre a la cintura con dos cintas de ajuste interior y dos cintas que se ajustan a un lado del cuerpo. Estas últimas se encuentran recogidas en un cartón para evitar que al abrir la bata se pierda la esterilidad • Fuertemente unidas con hilo 100% poliéster y resistentes a la tracción • Resistente a la perforación, abrasión, rotura, tensión, desgarro y presión • Resistente a procedimientos con niveles de fluidos medios • Envasada individualmente, envuelta en capa de celulosa reciclable 100% . • Presentación: doblado especial para uso inmediato. • Debe contener dos toallas secamanos. • Libre de colofonias • Gramaje mínimo de 35g/m2

3	BATA REFORZADA	<ul style="list-style-type: none"> • Talla M medida aproximada M:122 • Talla L medida aproximada L: 127/140 • Talla XL medida aproximada XL: 140/150 	<ul style="list-style-type: none"> • Bata quirúrgica desechable, tejido sin tejer de polipropileno SMMMS de gran resistencia, comodidad y adaptabilidad. • Alto grado de repelencia a fluidos en toda su superficie manteniendo la transpirabilidad. • Puños elásticos formados por fibras de poliamida poliéster de 6cm mínimo de longitud. • Cierre al cuello. El cierre a la cintura con dos cintas de ajuste interior y dos cintas que se ajustan a un lado del cuerpo. Estas últimas se encuentran recogidas en un cartón para evitar que al abrir la bata se pierda la esterilidad • Fuertemente unidos con hilo 100% poliéster y resistentes a la tracción • Resistente a la perforación, abrasión, rotura, tensión, desgarro y presión • Resistente a procedimientos con niveles de fluidos medios • Envasada individualmente, envuelta en capa de celulosa reciclable 100% . • Presentación: doblado especial para uso inmediato. • Debe contener dos toallas secamanos. • Libre de colofonias • Gramaje mínimo de 35g/m2
4	BATEA 250	250 ml mínimo	Cazoleta minimo 250 ml
5	BISTURÍ ELECTRICO + LIMPIA BISTURÍ	300 cm mínimo Tamaño mínimo del limpia bisturí de 4,5x4,5	Debe ser desechable, libre de látex, con diseño ergonómico, doble botón uno para corte y otro para coagulación, cable como mínimo de 3 metros y con conexión universal a cualquier equipo, la punta debe ser roma, plana y reposicionable. Esponja abrasiva, para limpieza rápida y fácil de puntas de bisturí eléctrico, con adhesivo.
6	CÁNULA VENENOSA PERMANENTE	Calibre 18	Sin sistema de seguridad
7	CÁNULA YANKAUER GRANDE +TUBO ASPIRACIÓN	270 cm mínimo, calibre mínimo 18 ch	Con control
8	CÁNULA YANKAUER PEQUEÑA +TUBO DE ASPIRACIÓN	Calibre 11-12 ch	Con control.
9	TUBO DE ASPIRACIÓN	2,7 cm mínimo, calibre mínimo 18 cm	

10	CINTA ADHESIVA	A partir de 9cm x 45cm	<ul style="list-style-type: none"> • Cinta quirúrgica de gran resistencia. • El material debe ser completamente impermeable. • Debe ofrecer gran resistencia a las fuerzas de tracción, presión y fricción • Adaptable a los contornos del cuerpo • Gramaje: 51,5g./m2 aproximadamente • No debe contener látex
11	COMPRESA ALGODÓN	Mínimo de 17 hilos, 45 cm x 45 cm x 4 pliegues	Debe tener contraste.
12	CONTENEDOR DE OBJETOS PUNZANTES	Sin medidas	Magnetico y con capacidad mínima de 15 unidades .
13	CUBREMESA REFORZADO	200cmx150 cm aprox, para el Hospital de Majadahonda 240cm x150 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los cubremesas deberán ser reforzados. • Mínimo de absorción la mitad de la medida que se oferte en anchura, y en longitud deberá ser completa. • Formado por dos laminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Medidas aproximadas +/- 5%
14	FUNDA CABLE DE CÁMARA	Mínimas 13x244cm.	Polietileno , punta perforada, con sistema de fijación/sellado a traves de cinta adhesiva o similar. Blíster de papel- plástico, libre látex, plegada, con dispositivo de introducción de cortar para utilizar todos los sistemas de video cámara endoscópicas y con cierre en punta de adhesivo o similar.
15	FUNDA MESA DE MAYO REFORZADA	145 cm x79 cm aprox	Superficie de absorcion mínimo aproximado 55 x 85 m. Una capa impermeable y la otra absorbente resistente
16	GASAS DE ALGODÓN	10x10 cm minimo ,17 hilos	Contrates radiologicos /plegado de seguridad
17	GRAPADORA PIEL	Dimensión aproximadas de 6,9mm x3,6mm	Grapadora cutanea, desechable y de grado medico, con mango de dispensación anatomico, con visor de grapas,puntos de sutura de acero inoxidable y con capacidad para 35 puntos.
18	HOJA DE BISTURÍ Nº11 MONTADA		Acero Inoxidable, con mango montado desechable
19	JERINGA 3P	20 ml.	Cono luer y tres cuerpos

20	JERINGA 3P	50/60ML	
21	MANGO DE LAMPARA	Universales	Mango lampara de quirofono, esteril, facil de abrir y de colocar, el diseño debe permitir utilizarlo en diferentes modelos de lampara mediante un adptador universal
22	PAÑO ADHESIVO REFORZADO	75 cm x90 cm aproximadamente	<ul style="list-style-type: none"> • Formado por tres laminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Ancho tira adhesiva 5cm aprox.
23	PAÑO FENESTRADO ADHESIVO	75cmx75cm aprox. con fenestración central con adhesivo de 6x8cm aprox.	<ul style="list-style-type: none"> • Envasada individualmente. • Formado por dos laminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Ancho tira adhesiva 5cm aprox.
24	SABANA PIE-MANO	230cmx315 cm aproximadas, con fenestración a partir de 3 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Formado por dos láminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Envasada individualmente..
25	PAÑO NORMAL (NO FENESTRADO)	75cmX75cm como mínimo	<ul style="list-style-type: none"> • Envasada individualmente. • Formado por dos laminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Impermeable y absorbente en toda su superficie
26	SÁBANA ADHESIVA REFORZADA	175 cm x 170 cm aproximadas	<ul style="list-style-type: none"> • Envasada individualmente. • Formado por tres laminas que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Ancho tira adhesiva 5cm aprox.
27	SÁBANA ADHESIVA REFORZADA	240 cm x 150 cm aproximadas	<ul style="list-style-type: none"> • Envasada individualmente. • Formado por tres laminas que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Ancho tira adhesiva 5cm aprox.

28	SÁBANA ARTROSCOPIA DE HOMBRO EN U CON BOLSA	360 cm x 225 cm aproximadas	<ul style="list-style-type: none"> • Formado por dos láminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad. • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Ancho tira adhesiva 5cm aprox.
29	SÁBANA EN U	230 cm X295 cm aproximada. tamaño de la U 2 x 100 cm aprox	<ul style="list-style-type: none"> • Formado por dos laminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Envasada individualmente. • Ha de tener pictograma para su correcta colocación
30	SÁBANA EN U	150cmx125cm aproximada	<ul style="list-style-type: none"> • Formado por dos laminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Envasada individualmente.
31	SÁBANA ARTROSCOPIA DE RODILLA CON BOLSA	230 cmx320cm 5cm aproximada	Sabana impermeable y absorbente, con pasatubos incorporado.,con bolsa para la recogida de líquidos con suficiente profundidad y con un orificio como mínimo para el vaciado de líquidos. Ha de tener pictograma para su correcta colocación
32	SÁBANA EQUIPO DE AISLAMIENTO VERTICAL PARA ARTROSCOPIA DE CADERA.	234 x 320 cm aprox	<ul style="list-style-type: none"> • Con film de incisión (30 x 70 cm). • 2 bolsas de succión. • 1 bolsa colectora de fluidos con soporte integrado y dos cierres de velcro
33	SÁBANA DE MANO EN T REFORZADA	Medida aproximada de 360x200cm y fenestración elástica de 3cm	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilidad de organizador de cables • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Gran adaptabilidad • Refuerzo absorbente en zona fenestrada • Envasada individualmente
34	PAÑO FENESTRADO ADHESIVO	120cmx150cm aproximado, abertura 5 x7 cm aproximada (agujero más pequeño)	<ul style="list-style-type: none"> • Envasada individualmente. • Formado por dos laminas una primera que aporte gran resistencia, absorción y adaptabilidad y una segunda de polietileno que le otorgue impermeabilidad • Impermeable y absorbente en toda su superficie • Ancho tira adhesiva 5cm aprox.
35	SÁBANA MENOR	183X183 cm aprox	Formada por 3 capas , adhesiva reforzada
36	SECADOR DE	18 cm x 25 cm	

CAMPO	aproximadamente	
37	SISTEMA DE IRRIGACIÓN EN Y	<p>210 cm 2 x Espiga 15 cm aprox</p> <p>Sistema con doble dispositivo de perforación que permite la irrigación desde dos bolsas de solución. Con llaves tipo clamp independientes que permiten controlar el paso de líquidos por los tubos. Empacado en papel grado médico y film, esterilizadas con Oxido de Etileno. o No debe contener látex.</p>
38	STICK PARA ANTISEPSIA DE PIEL	<p>18 cm mínimo</p> <p>o No debe contener látex.</p>
39	STOCKINETTE	<p>mínimo 22cm x 75cm</p> <p>o Formado por dos capas independientes para el aislamiento de la extremidades. Impermeable, termosellado en la base. La capa interna se compone de poliéster blanco, elástico, absorbente, cosido en su parte inferior.</p> <p>o El material debe ser impermeable en toda su superficie externa</p> <p>o Gran resistencia frente a fuerzas de tracción, presión y fricción</p> <p>o Adaptable a los contornos del cuerpo</p> <p>o Impermeable toda su superficie.</p> <p>o No debe contener látex.</p>
40	TOALLITAS DE CELULOSA SECAMANOS	<p>minimo 33cm x 30cm</p> <p>Libre de látex</p>
41	VENDA SINTÉTICA DE ACOLCHADO	<p>10cmx 3 m para Miembro inferior y 15cmx3m para Miembro superior aproximadas</p> <p>Venda de acolchado sintética elaborada con fibras de poliéster hidrófobas. Con alta tolerancia cutánea, permeable al aire y a las secreciones. No se deshilachable y adaptable perfectamente sin formar pliegues, Buena extensibilidad longitudinal y transversal. Fácil de aplicar. Esterilizable que permite el paso de Rayos X.</p>
42	VENDA TIPO CREPÉ	<p>10 cm x 4m mínimas</p> <p>Venda elástica longitudinalmente, para realizar un efecto elastocompresivo, con licra para evitar su desplazamiento (migracion distal), hipoalergénica con alta tolerancia dermica, hilo de color rojo en ambos bordes para una correcta sobreposición de vueltas, y orillada para evitar que se deshilache.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bordes tejidos • Principio y final de la venda cosido • Compresión media • Esterilizable • Sin látex en la formula • Grmaje: 105 g/m2 minimo

43	VENDA DE HILO	10cmx 3 m para Miembro inferior y 15cmx3m para Miembro superior aproximadas	Venda tipo malla de viscosa y poliéster G7, orillada en sus laterales para evitar riesgo de deshilachado. Confortables y de alta permeabilidad. Fácil aplicación. No contienen látex. Envasado individual.
44	BOLSA ARTROSCOPIA HOMBRO	• Medida aproximada 87x74cm tamaño de la bolsa	<ul style="list-style-type: none"> • Bolsa transparente de gran resistencia con tira en el borde que permita que se mantenga abierta para la recogida de fluidos • Bolsa con dos salidas de fluidos. • Hipoalergenico de aprox. 5cm
45	BOLSA INSTRUMENTAL	• Medida mínima 30cmx40cm.	<ul style="list-style-type: none"> • Mínimo dos compartimentos. • Bolsa transparente. • 1 tira adhesiva superior
46	ORGANIZADOR TUBO - "VELCRO"	• Medidas a partir 1,3x30cm	<ul style="list-style-type: none"> • Material completamente impermeable. • Extremo libre de adhesivo, para facilitar apertura
47	SÁBANAS RTU	175/270x180 cm aproximadas	• Bolsa de recogida de líquidos, apertura 8cm y 5cm
48	CUBRETABLETE	a partir de un diametro de 40 aprox	

ANEXO III CONSUMOS PARA LA DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO

		Consumos (24 meses)
1	EQUIPO PARA CADERA Y GRANDES CIRUGÍAS	2.558
2	EQUIPO PARA HERNIAS(Cirugías abierta)	3.544
3	EQUIPOS LAPAROSCOPIA	610
4	EQUIPOS DE MANO	11.292
5	EQUIPOS DE ARTROSCOPIA DE RODILLA	4.160
6	EQUIPO DE EXTREMIDADES CON BOLSA ("AGUA")	4.234
7	EQUIPO DE EXTREMIDADES	6.212
8	EQUIPO DE HOMBRO CON BOLSA	3.170
9	EQUIPO DE CLAVÍCULA	660
10	PEQUEÑAS CIRUGÍAS	1.940
11	UROLOGÍA-RTU	30
12	AISLAMIENTO VERTICAL	46
13	INFILTRACIONES	1.570

ANEXO IV DETALLE DE LOS HOSPITALES A LOS QUE VA DIRIGIDO EL SUMINISTRO

HOSPITALES CON INTERNAMIENTO					
HOSPITAL	DIRECCIÓN	CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	COMUNIDAD AUTONÓMA
HOSPITAL DE MAJADAHONDA	CARRETERA DE POZUELO,61	28222	MAJADAHONDA	MADRID	COMUNIDAD DE MADRID
HOSPITAL DE SEVILLA	AVDA.JEREZ, s/n	41012	SEVILLA	SEVILLA	ANDALUCÍA
HOSPITAL DE BARCELONA	MADRAZO,8-16	8006	BARCELONA	BARCELONA	CATALUÑA
HOSPITAL DE VIGO	FELICIANO ROLÁN, 12	36203	VIGO	PONTEVEDRA	GALICIA
HOSPITALES DE DÍA					
HOSPITAL	DIRECCIÓN	CODIGO POSTAL	LOCALIDAD	PROVINCIA	COMUNIDAD AUTONÓMA
HOSPITAL DE JEREZ DE LA FRONTERA	AVDA. PUERTAS DEL SUR,s/n	11408	JEREZ DE LA FRONTERA	CADIZ	ANDALUCIA
HOSPITAL DE MALAGA	HAMLET,36	29006	MALAGA	MÁLAGA	ANDALUCIA
HOSPITAL DE ZARAGOZA	AVDA.PABLO RUIZ PICASSO,4	50018	ZARAGOZA	ZARAGOZA	ARAGÓN
HOSPITAL DE VALLADOLID	PASEO ARCO DEL LADRILLO, 90 - Ed. Centro Madrid	47008	VALLADOLID	VALLADOLID	CASTILLA Y LEON