

NOTA DE SUBSANACIÓN DE ERRORES

Mediante la presente, les informamos que se ha advertido una errata en el **Lote 1** de la licitación para la **Contratación del Suministro de equipamiento de rehabilitación para varios Centros Hospitalarios de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº 61**, con número de expediente **LICT/99/115/2020/0087**, por lo que se procede a publicar este documento, a fin de informar a los licitadores de las incidencias advertidas, así como de las actuaciones que para corregir dichas incidencias ha realizado esta Mutua.

- Resumen de las incidencias advertidas y actuaciones realizadas por FREMAP:

Tanto en el “Anexo I. Lote 1: Características Técnicas ondas de choque” del Pliego de Prescripciones Técnicas, como en el fichero Excel “Anexo. Formulario técnico Lote 1” (ubicado dentro del ZIP “Anexos”), se ha detectado una errata en lo que se refiere al rango de energía de estos equipos, debiendo ser la redacción correcta “Rango de energía: de 0,01 a un mínimo de 0,35 mJ/mm² a 8 Hz de frecuencia.”

- **NOTA DE FECHAS:**

No hay variación sobre las fechas de presentación de ofertas ni de actos de apertura, por lo que se siguen manteniendo las mismas fechas que figuran en la nota de fechas publicada al efecto.

Se informa a los licitadores que la apertura de las proposiciones será electrónica.

Majadahonda a **03 de septiembre de 2020**.